

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie szafy na odczynniki z płyty laminowanej, wyłożonej od wewnątrz polipropylenem, z wentylatorem oraz podłączeniem do wentylacji?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania szafy na odczynniki z płyty laminowanej, wyłożonej od wewnątrz polipropylenem.